

CINTA INDICADORA CT 40 DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

Control Químico Clase 1 externo para procesos de Esterilización
por Peróxido de Hidrógeno

PRODUCTO: CINTA DE VH2O2
MARCA: TERRAGENE
DISTRIBUIDOR: IMSUMHOS S.A.S

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Indicador Químico externo para distinguir los paquetes procesados de los no procesados

Las líneas del indicador químico virarán de tono con el proceso de esterilización de púrpura a verde o de azul a rosa.

Diseñado con altas tecnologías que aseguran que la cinta, se mantenga adherida a la superficie luego de la esterilización y que no queden rastros de adhesivo en la superficie de los materiales una vez retirada.



PRESENTACIÓN

19mm x 50mts

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco a una temperatura entre 15 y 25 °C, máximo 30 °C antes de su uso, conservar al abrigo de la luz. HR 30-80 %.

PERIODO DE VIDA ÚTIL

5 años

LEGISLACIÓN APLICABLE

En ISO 11140-1 ; 2014

HABILITACIÓN

Diseñado bajo sistemas integrados de calidad:
ISO 9001: 2008
ISO 13485 : 2012
ANMAT PM 1614-4

MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Medios extinción adecuado: Agua pulverizada, espuma, dióxido de carbono (CO₂) , polvo seco.

Peligros específicos: La combustión produce humos nocivos y tóxicos, monóxido de carbono.

TOXICIDAD

No tóxico - Libre de metales pesados

USO

6 min 50°C , 2.3 mg/H₂O₂



imsumhos

Importadora de Suministros Hospitalarios y Esterilización

www.imsumhos.com ventas@imsumhos.com

Cali -Colombia